



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3.

Основной государственный регистрационный номер 1026701427774

Телефон: +74812311242 Адрес электронной почты: info@analitpribor-smolensk.ru

в лице Генерального директора Антонова Владислава Николаевича

заявляет, что ГЕНЕРАТОРЫ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОРОДА ГК-500 модификаций ИБЯЛ.418319.033, ИБЯЛ.418319.033-01, ИБЯЛ.418319.033-02

Изготовитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ИБЯЛ.418319.033 ТУ ГЕНЕРАТОРЫ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОРОДА ГК-500

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8405100009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «Безопасность низковольтного оборудования»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 38257ИЛНВО от 24.04.2025, Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.21BC05

Протокола испытаний № 38258ИЛНВО от 24.04.2025, Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.21BC05

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе, всего 2 позиции. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации.

Технические условия ИБЯЛ.418319.033 ТУ ГЕНЕРАТОРЫ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОРОДА ГК-500

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.07.2030 включительно.



Антонов Владислав Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.61780/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.08.2025



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.61780/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение националь- ного стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение тре- бованиям нацио- нального стандарта или свода правил
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования	
ГОСТ IEC 61010-1-2014	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования	



Генеральный директор

М.П.

подпись

Антонов Владислав Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)